VIELSEITIGE STEH- UND AUFRICHTHILFE

Sara® Flex



Die Sara Flex wurde entwickelt, um alltägliche Transfer- und Pflegeaufgaben zu erleichtern. Sie ermöglicht einer einzelnen Pflegekraft, einem Patienten oder Bewohner mit einer einzigen natürlichen Bewegung aus dem Sitzen in den Stand zu helfen.

ARJO-MOBILITÄTSGALERIE

C

© Arjo 2019

C. Ist in der Lage, sein Gewicht auf mindestens einem Bein abzustützen. Nutzt einen Rollstuhl zur Mobilität

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Arjo.

- **Unterstützung für den Pflegebedürftigen**
  Fördert Komfort und Sicherheit während und nach der Aufstehbewegung.
- **Erleichtert viele wichtige Transfer- und Pflegeaufgaben**
  Einfache Bedienbarkeit durch eine einzelne Pflegekraft, ohne dass Anpassungen vorgenommen werden müssen.
- **Natürliche Vorwärtsbewegung für den Pflegebedürftigen**
  Die Vorwärtsbewegung in Kombination mit der flexiblen Beinstütze ermöglicht eine natürliche und ressourcenorientierte Aufstehbewegung.
- **DSDC Akkreditierung als für Menschen mit Demenz geeignetes Produkt**
  Das Dementia Services Development Centre (DSDC) an der University of Stirling hat die Sara Flex überprüft und ihr eine DSDC-Produkt-Akkreditierungsbewertung der Klasse 1B verliehen.

dsdc
Dementia Design Accredited Product

Ausstattungsmerkmale

HANDGRIFF FÜR DIE PFLEGEKRAFT
Dank des gebogenen Griffs kann die Pflegekraft ihn so halten, wie es für sie am praktischsten ist.

ANWENDERFREUNDLICHE HANDBEDIENUNG MIT DISPLAY
Die Handbedienung befindet sich an einem langen, elastischen Kabel, sodass die Pflegekraft während des gesamten Transfervorgangs nahe am Patienten/Bewohner bleiben kann.

NIEDRIGE HORIZONTALE FUSSPLATTE
Die Füße des Pflegebedürftigen verbleiben nahe am Boden, d. h. die Knie werden nicht zu hoch angehoben und das Stehen wird erleichtert.



WAAGE (OPTIONAL)
Eine integrierte elektronische Personenwaage zeigt das Gewicht des Pflegebedürftigen auf dem Display der Handbedienung an.

HANDGRIFF FÜR DEN PFLEGEBEDÜRFTIGEN
Der angewinkelte Handgriff in Kontrastfarben ermöglicht die Positionierung von Händen, Handgelenken und Ellbogen während der Aufstehbewegung.

FLEXIBLE BEINSTÜTZE AUS SILIKON
Das geschwungene Design mit einer weichen und flexiblen Oberfläche unterstützt die Unterschenkel und Knie während der Aufstehbewegung. Es sind keine vorherigen Einstellungen erforderlich. Die große Auflagefläche eignet sich für eine große Bandbreite an Pflegebedürftigen und bietet gleichzeitig hohen Komfort.

FLEXIBLER BEINGURT AUS SILIKON
Niedrig positioniert und mit vielen Einstellungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass Pflegebedürftige sicher von einer sitzenden in eine stehende Position aufgerichtet werden können.

PRODUKTINFORMATIONEN

Max. sichere Arbeitslast (SAL)	200 kg
Liftergewicht (einschl. Batterie)	53,6 kg
Min. Höhe bei Lagerung	1162 mm
Minimale Hubhöhe	991 mm
Maximale Hubhöhe	1518 mm
Äußere Breite bei geschlossenem Fahrgestell	660 mm
Äußere Breite bei vollständig geöffnetem Fahrgestell	1029 mm
Innere Breite bei geschlossenem Fahrgestell	530 mm
Innere Breite bei vollständig geöffnetem Fahrgestell	899 mm
Abstand des Fußes zum Boden (oberer Rand der Fußausleger zum Boden)	108 mm
Freiraum unter dem Fahrgestell (Boden bis Unterseite des Gestells)	23 mm
Gesamtlänge des Lifters	996 mm
Wenderadius	1208 mm
Schutzart Lifter	IP24
Handbedienung, Schutzart	IPX7
Akku	24 V, 4 Ah
Akku-Ladeanzeige	
Betriebsstundenzähler – zeigt die Gesamtbetriebszeit an (Stunden)	
Not-Aus-Schalter und Notablass	
Automatische Sicherheitsabschaltung beim Absenken auf ein Hindernis	
Leichtgängige Lenkrollen, die beiden hinteren mit Feststellbremsen	


ZUBEHÖR

Großes Angebot an Körpergurten, patientenspezifischen Gurten (Flites) und abwischbaren Gurten verfügbar.

Optional: Integrierte Waage

Arjo-Desinfektionsmittel

PLATZBEDARF



- Der blaue Bereich zeigt den mindestens benötigten Arbeitsbereich, damit die Pflegekraft die technischen Hilfsmittel auf ergonomische Weise von einer Seite benutzen kann.
- Der hellblau gefärbte Bereich zeigt den zusätzlich benötigten Platz, wenn an beiden Seiten ausreichend Raum zum Arbeiten und Bewegen für Bewohner/Patient, technisches Hilfsmittel und Pflegekraft zur Verfügung stehen soll.

Das Dementia Services Development Centre (DSDC) an der Universität Stirling hat dieses Produkt geprüft und die Bauweise angesichts der Gestaltungsgrundsätze für Personen mit einer dementiellen Erkrankung sowie seine Nutzbarkeit in einer demenzgerechten Umgebung bewertet. Zur einfachen Erkennung wurde die Nutzbarkeit des Produkts gemäß dem bereitgestellten Bewertungsschlüssel nach einer Nummer mit entsprechender Nutzungserklärung kategorisiert. Das Logo „DSDC Accredited Product“ (vom DSDC zugelassenes Produkt) wird aufgrund der individuellen Produkt- und der Farbgestaltung vergeben. Diese Zulassung bezieht sich nicht auf die Herstellung oder endgültige Anwendung des Produkts. Auch wenn alle Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass die Bewertungen die Eignung und praktische Anwendung des Produkts zur Zeit der Veröffentlichung widerspiegeln, kann das DSDC nicht für die endgültige Anwendung des Produkts, seine Leistung oder Kompatibilität mit anderen Produkten oder Oberflächen zur Verantwortung gezogen werden. Damit eine Umgebung als „demenzgerecht“ oder „demenzfreundlich“ betrachtet werden kann, müssen die Spezifikationen der angrenzenden Oberflächen, deren Leistungsangaben (zum Beispiel Lichtreflexionswert, Rutschfestigkeit und Einsatz von Mustern) sowie deren Eignung für den vorgesehenen Zweck genau erwogen werden.

November 2019. Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe. Arjo.A00171.2.0.DE.DE
Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo Deutschland GmbH • Peter-Sander-Straße 10 • 55252 Mainz-Kastel • Deutschland • +49 6134-186 0
Arjo AG • Fabrikstrasse 8/Postfach • 4614 Hägendorf • Schweiz • +41 (0) 61 337 97 77
Arjo Austria GmbH • Lemböckgasse 49A • 123 Wien • Österreich • +43 (0) 866 56